

RESPOSTA DO LABORATÓRIO AO REQUERIMENTO 30/2018

1 mensagem

pref.executiva@matelandia.pr.gov.br <pref.executiva@matelandia.pr.gov.br>
Para: camaramatelandia@gmail.com

17 de dezembro de 2018 17:21

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Na manhã de hoje 17/12, foi protocolada resposta ao Requerimento nº 30/2018, informando que o Laboratório não havia enviado a resposta quando à divergência no resultado de exames de saúde realizados nas Campanhas Agosto Azul e Outubro Rosa, tendo em vista que estaria em férias e retornaria somente após o dia 07/01/2019.

Ocorre que na sexta feira dia 14/12, antes de entrar em férias, portanto, um funcionário da Empresa protocolou a resposta no sistema eletrônico da Prefeitura, que foi enviado para a Secretaria de Saúde.

Como o sistema não notificou a entrada do protocolo, o mesmo foi acessado somente na tarde desta segunda.

Assim, estamos encaminhando a resposta do Laboratório através deste e-mail, para conhecimento dessa Casa de Leis.

Ficamos à disposição.


Cida Meurer
Departamento de Administração e Legislação

 **20181217174854194.pdf**

433K



Cascavel, 05 de dezembro de 2018.



Requerimento nº 30/2018.

Câmara Municipal de Vereadores de Matelândia/PR.

Secretaria Municipal De Saúde de Matelândia/PR

LABORATÓRIO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.068.694/0001-85, com endereço à Rua Almirante Barroso, nº 2217, CEP 85900-020, em Toledo/PR, em atendimento aos termos do requerimento supra, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria esclarecer o questionamento da Secretaria de Saúde de Matelândia e da Câmara Municipal de Vereadores referente a resultados alterados dos exames realizados na Campanha Agosto Azul e Outubro Rosa de 2018.

O exame questionado foi o TSH – Hormônio Tireoestimulante, que é uma glicoproteína secretada pela adenohipófise, tendo com o principal efeito estimular a tireoide a liberar T3 e T4. A secreção e os níveis séricos de TSH são controlados pelos níveis de T3 e T4 e pelo TRH hipotalâmico. A dosagem de TSH é importante no diagnóstico do hipotireoidismo primário, sendo o primeiro hormônio a se alterar nessa condição. Está aumentado principalmente no Hipotireoidismo primário,

DR. FLÁVIO DEL MODO
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI
CRF 9 - N° 1240

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES
CRF 9 - N° 1570

DR. RICARDO CATELAN
CRF 9 - N° 5854

ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET
CRF SOB Nº 14847

Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR
45.3379.2496 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade





Tireoidite de Hashimoto, Tireoidite subaguda e na secreção inapropriada de TSH (tumores hipofisários produtores de TSH). Está diminuído principalmente no Hipertireoidismo primário, Hipotireoidismo secundário, terciário e nas Síndromes de Hipertireoidismo subclínico.

Ressaltamos que em nenhum momento o laboratório foi informado por parte do médico assistente do município quanto aos possíveis resultados alterados. O médico assistente diante de um resultado aparentemente discrepante deve estabelecer um contato com o laboratório e ouvir a opinião do profissional habilitado no laboratório. É essencial o diálogo entre o médico assistente e o laboratório, visto apresentar aspectos muito importantes e que podem ser conduzido pela assessoria médica não somente na comunicação de resultados críticos, relevantes, mas também na correlação clínico laboratorial, conforme segue:

1. Deflagra uma relação conflitante entre os profissionais e o contato que pode evidenciar capacidades na administração desses conflitos;
2. Mobiliza o laboratório para certificar-se de seus resultados e rastrear as ações desde a coleta até a emissão do laudo na procura de falhas pré-analíticas;
3. Complementa informações necessárias para ambos com relação a possíveis interferentes pré-analíticos realizados pelo cliente, ou obtenção de amostra em situação não conforme por parte do paciente, instruções erradas quanto à necessidade de jejum, repouso, dietas, suspensão de medicamentos e informações do uso de medicamentos que inferiram na análise e na interpretação dos resultados etc.;
4. Durante os exames laboratoriais, podem surgir evidências de outras patologias associadas à patologia de base e que somente são evidenciadas nos exames laboratoriais e, ainda, não ter expressão clínica evidente. Nesses casos, o médico poderá ficar atento para uma nova abordagem com o paciente;

DR. FLÁVIO DEL MORO
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI
CRF 2 - N° 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES
CRF 3 - N° 1570

DR. RICARDO CATELAN
CRF 3 - N° 5854

ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET
CRF SOB N° 14847
Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR
45.3379.2486 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade



Programa Nacional
de Controle de Qualidade



Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas



5. Estimula a busca da qualidade que ambos os profissionais querem alcançar e que tem como beneficiário mais importante do processo o próprio paciente;

6. A confirmação das alterações observadas nos exames laboratoriais aguça os profissionais para a busca de explicações que possam elucidar essas alterações.

Considerando que são muitas as possibilidades de alterações nos exames, representadas por interferências pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, o diálogo é a oportunidade que terá o profissional do laboratório de rever seus métodos e protocolos e se constituirá em uma oportunidade de reavaliação do processo.

Justificativa técnica:

Ressaltamos primeiramente que a coleta não foi realizada pela equipe do laboratório, e deve ser avaliada a possibilidade de identificação incorreta das amostras. Os valores das dosagens do hormônio TSH sofrem alterações diárias de acordo com o estado do paciente ou medicação (interferências pré-analíticas que alteram os resultados). O laboratório utiliza tecnologia de ponta para a realização deste exame (equipamentos Advia Centaur da Siemens® - Metodologia Quimiluminescência). Valida todas as suas análises com o uso de controle interno e externo, recomendados pela Sociedade de Análises Clínicas (SBAC) e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), os resultados são avaliados por profissionais capacitados e com anos de experiência em análises clínicas.

O laboratório demonstra uma grande preocupação com a qualidade dos seus resultados e do atendimento aos clientes e se coloca a disposição para repetições dos resultados que o médico assistente do município julgar conveniente, como não houve reclamação logo após a avaliação do primeiro resultado não é

DR. FLÁVIO DEL MORO
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI
CRF 9 - Nº 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES
CRF 9 - Nº 1570

DR. RICARDO GATELAN
CRF 9 - Nº 5854

ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET
CRF SOB Nº 14847

Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR
45.3379.2486 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade



PNCQ
Programa Nacional
de Controle de Qualidade



SBAC
Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas



possível utilizar da amostra para realizar a contra prova, portanto, é preciso coletar uma nova amostra do paciente. Recomendamos que os resultados dos exames sejam avaliados logo após a realização dos mesmos, correlacionando com a clínica do paciente. E se houver comparações com outros laboratórios a dosagem deve ser feitas nas mesmas condições (dia de coleta, metodologia e equipamento) para que os resultados sejam comparáveis.

Ressaltamos que os resultados de exames laboratoriais servem somente de suporte, que a avaliação da clínica médica deve ser soberana. Para uma melhor avaliação da nossa equipe necessitaríamos o prontuário médico com a clínica e com a data da avaliação do paciente que levaram a solicitação dos exames ou os questionamentos de não conformidades.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração, e nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente

LABORATÓRIO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA LTDA.

Ricardo Catelan CRF 5854

(Bibliografia consultada: Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) Fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais, Edição – 2018)

DR. FLÁVIO DEL MORO
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI
CRF 9 - Nº 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES
CRF 9 - Nº 1570

DR. RICARDO CATELAN
CRF 9 - Nº 5854

ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET
CRF SOB Nº 14847

Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR
45.3379.2486 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade

